

Zarządzenie Nr 122/2014

Burmistrza Miasta Tuszyna

z dnia 07 października 2014r.

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie APARATU USG LOGIC 200

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013r., poz. 594), § 6 Uchwały NR XXIII/165/12 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie określenia zasad zbywania, oddawania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych SPZOZ pod nazwą „Samorządowa Przychodnia Zdrowia w Tuszynie” w związku z Uchwałą Nr 36 /2014 z dnia 11 września 2014r. Rady Społecznej działającej przy Samorządowej Przychodni Zdrowia w Tuszynie w sprawie zaopiniowania zbycia APARATU USG LOGIC 200 zarządza się, co następuje:

§ 1. Wyrażam zgodę na zbycie APARATU USG LOGIC 200 o numerze fabrycznym 29368SM8 za cenę ok. 5.000,00 zł.

§ 2. Ocena stanu technicznego Nr 3664 z dnia 17 kwietnia 2014r. oraz wycena wystawiona przez Zakład Aparatury Medycznej z Łodzi stanowią Załącznik Nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Samorządowej Przychodni Zdrowia w Tuszynie.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

Małeck
mgr inż. Witold Małeck

ZNAM

Tel.fax 42 636-04-16

NIP 729-11-74-687

Zakład Naprawy Aparatury Medycznej

90-553 Łódź ul. Kopernika 58

www.znam.com.pl e-mail: znam-gch @o2.pl

Ocena stanu technicznego

Nr 3664

ZLECENIODAWCA : SAMORZĄDOWA PRZYCHODNIA ZDROWIA
95-080 TUSZYN
ul ŻEROMSKIEGO 24/26

MIEJSCE UŻYTKOWANIA :

PRZEDMIOT SPRAWDZENIA APARAT USG LOGIC 200

PRODUCENT : SAMSUNG
NUMER FABRYCZNY : 29368SM8
NR INWENTARZOWY :
DATA PRODUKCJI 2001

WYMAGANIA : PN-EN 62323,dokumentacja techniczna,instrukcja serwisowa


OPIS TECHNICZNY : Aparat jest sprawny pod względem elektrycznym i mechanicznym.Odpowiada normom ustalonym przez producenta.Wykorzystywany jest do leczenia pacjentów.Wartość rynkowa ap. Ok.. 5000zł

OCENA : Przedmiot sprawdzenia spełnia w/w wymagania

OCENA TECHNICZNA WAŻNA DO: KWIECIEŃ 2015

Oświadczenie ważne jest pod warunkiem, że w tym okresie nie nastąpią uszkodzenia eliminujące prawidłowe działanie aparatu

Gruda Adam



Łódź dnia 17 kwietnia 2014